

Standard für die Weinanalytik

Rotwein

Bezugswerte der Charge RW0103F

Stand: 16. Sep. 2009

Parameter	Dimension	Anzahl Werte	Mittelwert	Standardabweichung
Relative Dichte 20 °C/20 °C		13	1,006826	0,000160
Vorhandener Alkohol	g/L	14	88,77	0,671
Vergärbare Zucker	g/L	13	29,29	0,795
Glucose	g/L	12	10,46	0,202
Fructose	g/L	12	18,05	0,271
Glycerin	g/L	12	7,82	0,310
Gesamtsäure ¹⁾	g/L	13	5,66	0,113
Weinsäure	g/L	13	2,07	0,126
Äpfelsäure, ges. ¹⁾	g/L	10	0,66	0,078
Milchsäure, ges.	g/L	9	3,56	0,297
Flüchtige Säure	g/L	12	0,688	0,059

¹⁾Der Gehalt kann während der Lagerung geringfügig abnehmen.

Mindestens haltbar bis: Ende 2011